



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-03538/2023-03

Датум: 18.03.2024. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20 и 116/22 и 92/23 – др.закон), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 2. тачка 2. алинеја 1, члана 10. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 135/04, 36/09) и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта Завод за јавно здравље Ужице Др Веселина Маринковића бр. 4, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

- НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – постројење за третман инфективног медицинског отпада на локацији Завода за јавно здравље Ужице на кп.бр. 10648 КО Ужице.
- Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
- Обавезује се носилац пројекта да са опасним отпадом поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон и 35/23), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр 92/10 и 77/21), Правилником о категорији, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр 56/10, 93/19 и 39/21) и Правилником о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС”, број 48/19).
- Носилац пројекта је у обавези да у потпуности примени мере заштите животне средине, а што се посебно односи на следеће:
 - Опасан медицински отпад се мора сакупљати унутар Завода за јавно здравље Ужице на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом, при чему до места третмана у аутоклаву није дозвољено његово препакивање.
 - Медицински отпад се разврстава на месту настанка, тако што се оштри предмети пакују у контејнере жуте боје, отпад загађен крвљу и телесним течностима у дупле кесе или контејнере жуте боје и инфективни отпад у кесе или контејнере жуте боје.
 - При управљању оштром предметима предузети мере превенције од повреда и инфекција, до којих може доћи у току рукувања овим предметима.
 - На амбалажу у коју је упакован инфективни отпад ставља се налепница са симболом да се ради о биохazardним отпаду, месту настанка отпада, количином отпада, УН кодом (3291) и именом особе која је попунила налепницу.

- Транспорт отпада унутар здравствене установе (унутрашњи транспорт), од места настанка до просторије у којој се складишти и/или третира отпад (аутоклава), се врши опремом за транспорт отпада која се користе само за ту намену.
- Унутрашњи транспорт се мора организовати тако да се не укрштају путеви “чистог” и “нечистог”.
- Складиштење и/или третман отпада се може вршити само у посебно одређеној просторији са обезбеђеним доводом и одводом воде за потребе чишћења и одржавања, са јасно и видљиво означеним натписом о намени простора, забрани уласка неовлашћеним лицима, упозорењем о могућности угрожавања здравља људи, са непропусном и отпорном подном површином, глатких зидних површина које се лако чисте и дезинфекцију, да буде закључана, чиме се спречава приступ неовлашћеним лицима, да буде осветљена и са обезбеђеном вентилацијом и противпожарном заштитом.
- Процесом стерилизације паром у аутоклаву мора бити обезбеђен захтевани степен смањења садржаја биолошких агенаса у отпаду, односно деактивирање тест спора до смањења од $5 \text{ log} 10$ или до још већег смањења.
- Контрола рада аутоклава треба да је периодична (обавља је сервисер на око 600 циклуса), приликом сваке уочене промене или неправилности у раду и редовна:
 - свакодневна праћењем и регистровањем физичких параметара,
 - хемијска, у току сваког циклуса и путем биолошких индикатора, на 30 дана.
- Третман отпада после аутоклавирања обухвата и млевење отпада до непрепознатљивости, после чега се исти може окарактерисати као неопасан отпад.
- Третирани отпад се пакује у црне кесе и предаје овлашћеном предузетију ради одлагања на депонији комуналног отпада, у посебној касети, која се дневно покрива инертним материјалима.
- Уколико здравствена установа производи више од 200 кг/год опасног отпада, или више од 100 т/год неопадног отпада, у обавези је да сачини План управљања отпадом у складу са чл. 15. Закона о управљању отпадом.
- У случају престанка рада постројења, носилац пројекта је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима. Сви радови и активности на уклањању опреме и инсталација морају се спроводити на начин који неће изазвати загађивање животне средине, посебно земљишта, површинских и подземних вода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта Завод за јавно здравље Ужице Др Веселина Маринковића бр. 4, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – постројење за третман инфективног медицинског отпада на локацији Завода за јавно здравље Ужице на кп.бр. 10648 КО Ужице. Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и став 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Вести“ дана 02.02.2024. године и на службеном сајту Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројектата за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројектата за које је обавезна процена утицаја и Листе пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде Студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09).

Третман сопственог инфективног медицинског отпада у Заводу врши се при Центру за микробиологију у приземном делу објекта. Реконструисано је и приведено намени 2011. године у складу са техничким захтевима пројекта Техничка подршка управљању медицинским отпадом у Србији, под надзором техничког лица задуженог за инсталацију опреме из донације ЕУ. Опрема која је инсталацирана за потребе радовног функционисања третмана отпада је донација Европске агенције за реконструкцију.

Завод за јавно здравље Ужице третман инфективног медицинског отпада врши применом поступка третмана који подразумева термичку обраду под контролисаним условима. Користе се аутоклав (парна стерилизатора) чији је произвођач Belimed MST-V и дробилица „Mercodor ZM 1“.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Како је до сада овај орган исто решавао у сличним или истим управним стварима одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Влади путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

Доставити:

- Архиви
- Наслову- Завод за јавно здравље
Ужице Др Веселина Маринковића бр.
4, 31000 Ужице
- Сектору за надзор и превентивно
деловање у животној средини

Државни секретар



Александар Дујановић